

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU	No. Dokumen : 7.2/PTJM-04/BBPOM BDG/18
	Terbitan / Revisi : 1/1
	Tanggal Terbit : 21 Maret 2019
PEMUTAKHIRAN METODE UJI	Halaman : 1 dari 2
	Setuju : Tim Mutu diterbitkan

W **ASLI**

1. Tujuan

Prosedur ini diterapkan untuk menjamin bahwa metoda analisis yang dipakai adalah edisi mutakhir yang berlaku, kecuali bila metoda analisis tersebut karena sesuatu hal tidak mungkin dilakukan.

2. Ruang Lingkup

Prosedur pemutakhiran metoda uji ini meliputi tata cara pelaksanaan pemutakhiran metoda uji, mulai dari pemilihan metoda uji sampai pendistribusiannya kepada penguji di laboratorium.

3. Acuan

Panduan Mutu BBPOM di Bandung

4. Prosedur

- 4.1. Secara berkala, minimal satu tahun satu kali Kepala Seksi dan Penyelia mereviu metoda analisis yang dimiliki dan disesuaikan dengan standar acuan yang paling mutakhir. Bila ternyata telah terbit acuan yang baru, maka acuan yang baru tersebut diinventarisir.
- 4.2. Kepala Seksi memilih metoda analisis yang terbaru dan menunjuk penguji untuk melakukan validasi/verifikasinya di laboratorium sesuai dengan fasilitas laboratorium yang tersedia.
- 4.3. Apabila karena sesuatu dan lain hal ternyata metoda terbitan terakhir tersebut tidak dapat diterapkan di laboratorium, maka metoda uji yang lama tetap dapat digunakan.
- 4.4. Metoda uji paling mutakhir yang telah diverifikasi, rekamannya disimpan oleh Kepala Seksi.
- 4.5. Pemutakhiran metoda uji, apabila diperlukan, dibuat Instruksi Kerjanya oleh tim mutu di laboratorium terkait, kemudian metode analisis terbaru disosialisasikan kepada analis. Instruksi Kerja yang sudah tidak berlaku segera dicabut, diganti dengan Instruksi Kerja yang baru dengan metoda yang paling mutakhir.

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU	No. Dokumen : 7.2/PTJM-04/BBPOM BDG/18
	Terbitan / Revisi : 1/1
	Tanggal Terbit : 21 Maret 2019
PEMUTAKHIRAN METODE UJI	Halaman : 2 dari 2
	Setuju : Tim Mutu diterbitkan

ASLI

5. Riwayat Perubahan

Terb/Rev	Perubahan	Tanggal Efektif
1/0 (Terbit tahun 2018)	- Mengubah penomoran sesuai klausul ISO 17025:2017 - Mengubah prosedur pada poin 4.1	19 Oktober 2018
1/1	- Poin 4.2. Menambahkan kalimat 'dan menunjuk penguji untuk' - Poin 4.4. Mengubah kalimat 'rekamannya disimpan oleh Kepala Seksi menjadi 'rekamannya disimpan di Laboratorium.' - Poin 4.5. Menambahkan kalimat 'apabila diperlukan'	21 Maret 2019